SMU-LC

Gemäß **RKI/KRINKO 2012** Anlage 4

Unsere Empfehlung: Test bei jeder Sterilisation von Kritisch B Instrumenten mit in die Kammer legen.

Entspricht **DIN EN ISO** 11140-1 Typ 2 & 11140-6

Sterilization Monitoring Unit - Load Control (SMU-LC)
Gebrauchsfertiges Einweg-Testsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation mit fraktioniertem Vorvakuum bei 121 °C und 134 °C

Produktdetails

Mit der SMU-LC haben wir ein neuartiges Testsystem zur Überwachung von Sterilisationszyklen für komplexes Sterilgut (Kritisch B) entwickelt. Unser patentiertes Einwegsystem erhalten Sie komplett vormontiert – typische Fehlerquellen marktüblicher Helixtests wie undichte Kuppelstellen sind ausgeschlossen.

Anwendung

1. Die SMU-LC zur Beladung in die Sterilisationskammer legen und den entsprechenden Sterilisationszyklus starten.
2. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus die SMU-LC herausnehmen und kurz abkühlen lassen. Aufreißlasche öffnen und den Indikator auf Farbumschlag überprüfen.

Auswertung

Nur bei einem vollständigen Farbumschlag des Indikators von hellblau nach schwarz liegt eine erfolgreiche Sterilisation vor. Ein unvollständiger Farbumschlag nach dunkelblau oder blau-grün zeigt einen fehlerhaften Sterilisationszyklus an. Das Ergebnis zur Dokumentation in das Sterilisationstagebuch (Best.-Nr. 810001) eintragen.

fehlerhafter Sterilisationszyklus:
unvollständiger Farbumschlag des Indikators nach dunkelblau oder blaugrün

fehlerfreier Sterilisationszyklus:
vollständiger Farbumschlag des Indikators von hellblau nach schwarz

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
SMU-LC	510010	10 Stück	trocken bei Raumtemperatur	3 Jahre ab Herstellungsdatum
	510050	50 Stück		

stericop MEDIZINISCHE KONTROLLSYSTEME

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0
F +49 (0) 6036 984 33 21
info@stericop.de
www.stericop.de