SMU-LCR

Gemäß **RKI/KRINKO 2012** Anlage 4

Unsere Empfehlung: Test bei jeder Sterilisation von Kritisch B Instrumenten mit in die Kammer legen.

Entspricht **DIN EN ISO** 11140-1 Typ 2 & 11140-6

Sterilization Monitoring Unit - Load Control Reusable (SMU-LCR)
Gebrauchsfertiges Mehrweg-Testsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation mit fraktioniertem Vorvakuum bei 121 °C bzw. 134 °C

Produktdetails

Die SMU-LCR ist ein innovatives Mehrweg-Testsystem zur Überwachung von Sterilisationszyklen für komplexes Sterilgut (Kritisch B). Die SMU-LCR weist im Gegensatz zu üblichen Helixtests keine Kuppelstellen auf, die undicht werden könnten. Dies verhindert falsch positive Ergebnisse, welche eine mangelhafte Sterilisationswirkung verschleiern könnten.

Anwendung

1. Die SMU-LCR öffnen und einen Indikator in die Testkammer einlegen.
2. Das Testsystem zuklappen und mit dem Clip verschließen.
3. Zur Beladung in die Sterilisationskammer legen und den Sterilisationszyklus starten.
4. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus die SMU-LCR entnehmen, kurz abkühlen lassen.
5. Das Testsystem öffnen und den Indikator auf Farbumschlag prüfen.

Auswertung

Nur bei einem vollständigen Farbumschlag des Indikators von hellblau nach schwarz liegt eine erfolgreiche Sterilisation vor. Ein unvollständiger Farbumschlag nach dunkelblau oder blau-grün zeigt einen fehlerhaften Sterilisationszyklus an. Das Ergebnis zur Dokumentation in das Sterilisationstagebuch (Best.-Nr. 810001) eintragen.

fehlerhafter Sterilisationszyklus: unvollständiger Farbumschlag des Indikators nach dunkelblau oder blaugrün

fehlerfreier Sterilisationszyklus: vollständiger Farbumschlag des Indikators von hellblau nach schwarz

stericop MEDIZINISCHE KONTROLLSYSTEME

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0
F +49 (0) 6036 984 33 21
info@stericop.de
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
SMU-LCR	540100	100 Stück	trocken bei Raumtemperatur	3 Jahre ab Herstellungsdatum
	540250	250 Stück		