Gemäß MPBetreibV §8 [2]

Sterilisations-Tagebuch

Zur Dokumentation der Sterilisation unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetze und Richtlinien

Produktdetails

Der Gesetzgeber verlangt in der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV §8 [2]) zur Aufbereitung von medizinischen Instrumenten, dass der Erfolg der Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation nachvollziehbar gewährleistet sein muss.

Die Aufbereitung von Medizinprodukten endet mit der dokumentierten Freigabe zur erneuten Anwendung oder Lagerung. Das Sterilisations-Tagebuch bietet Ihnen die Möglichkeit, auf 50 vorgefertigten Formularen 250 einzelne Chargenfreigaben zu dokumentieren. Zusätzlich können die mikrobiologischen Überprüfungen hier abgeheftet werden, sodass alle relevanten Daten zur Aufbereitung in einem Ordner übersichtlich zur Verfügung stehen.

Außerdem können Sie im Tagebuch auch die jährlichen Unterweisungen der Mitarbeiter in Hygiene eintragen und somit rechtssicher belegen.

Bezeichnung	Beschreibung
Datum	Datum des Sterilisationslaufs
Chargennummer	aktuelle Chargen-Nummer des Sterilisationslaufs
Programm	genutztes Sterilisationsprogramm (z. B. 134 °C / 4 Min.)
Prozessparameter i. O.	Überprüfung Temperatur, Sterilisationszeit, Kammerdruck
Testsystem i.O.	Dokumentation des Indikators
Sichtkontrolle i. O.	Begutachtung des Sterilgutes auf Trockenheit und Unversehrtheit der Verpackung
Freigabe	nur bei ordnungsgemäßem Prozessverlauf
Bemerkungen /verwendetes Testsystem	z. B. Vakuumtest etc.
Unterschrift Freigebende/r	Freigabe der Sterilisationscharge ist nur mit Unterschrift korrekt dokumentiert

stericop MEDIZINISCHE KONTROLLSYSTEME

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0
F +49 (0) 6036 984 33 21
info@stericop.de
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße
Sterilisations-Tagebuch inkl. Protokollblättern	810001	1 Stück
Sterilisations-Tagebuch Protokollblätter Nachfüllpack	810011	50 Blatt